

Łódź 04.12.2023

*Dnia 04.12.2023 do postępowania Nutri 3/2023 wpłynęły następujące pytania do Części nr 16:*

*Poz. 41 - W związku z tym, że w ofercie producenta płynu Neodisher Z (Dr. Weigert) nie występuje op. 10l (dostępne są 5l i 20l), jak również w przypadku produktu równoważnego - płynu ProCare 30P marki Miele dostępne są op. 5l, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie op. 5l ?*

*Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:*

*Zamawiający wyraża zgodę*